

## 患者データ

強制 補助 自発

圧力

36

cmH<sub>2</sub>O

hPa

平均  
気道内圧最大  
気道内圧

時間

28

呼吸数  
(回/分)

1: E比

換気量

39

一回  
換気量 (ml)分時  
換気量 (L)

アラーム設定

110

呼吸回数  
上限一回換気量  
上限低  
呼吸内圧一回換気量  
下限回路内圧  
上限分時換気量  
下限

## 強制換気

アシスト/  
コントロール

VCV

設定モード

モード変更

無呼吸モード設定

呼吸回数

20

一回換気量

40

流速

10

プラトー(秒)

0.0

## ベンチレータ設定

SIMV

12:03

14/06/96

無呼吸  
モード設定

メニュー

100%  
酸素

手動吸気

5.0

PEEP/CPAP

3.0

感度  
(L/分)

40

酸素濃度  
(%)

## 自発呼吸

自発

PSV

設定モード

モード変更

サポート圧

12

## 作動状態

アラーム

注意

正常作動

作動不良

安全弁開放

AC/バッテリー充電ON

外部バッテリー充電

外部バッテリーON

内蔵バッテリー残量

- 調整 +

2分

リセット

解除

入力


 NELLCOR  
PURITAN  
BENNETT.  
ベンチレータ740