



# 呼吸回路の接続方法図解

## 【成人用】標準例



## 【小児／乳幼児用】標準例



※RT225のエクステンションチューブ (30cm)はインファントウォーマー併用時に使用しますが、それ以外では取り外して使用します。

### ⚠ 注意

- 患者さんに使用する前には必ずリークテストを行い、リークがないことを確認してください。
- ディスポチャンバーがMR210の場合、パッケージ中のホースアダプターを使用してください。